


ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 02 de Dezembro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE, conforme legislação vigente.

ITENS	VENCEDORA	Quant. Estimada	Und	Vr. Unit. Estimado (R\$)	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12	UNID	1.498,97	AMALGAMADOR INDICADO PARA FORMAÇÃO DE AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO ATRAVÉS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS PARA O USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM A TAMPA ACRÍLICA PROTETORA FECHADA, EMITINDO SINAL DE ALERTA SONORO SE ESTIVER ABERTA PROTEGENDO OS OLHOS DO OPERADOR (A). BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V. DEVE PERMITIR NO APARELHO A SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. COM SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE. COM BASE DE APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. COM TEMPORIZADOR DIGITAL.	DENTMIX	466,66	17.987,64	5.599,92	12.387,72	68,87%
2	HOSPITRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	10	UNID	6.868,23	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUIMICOPELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E	PROCION	3.699,00	68.682,30	36.990,00	31.692,30	46,14%

h




					SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0,06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. MOVIMENTOS EM 360°. COLUMNA MÓVEL.						
3	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	13	UNID	25.523,40	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	DIGITALE	6.063,46	331.804,20	78.824,98	252.979,22	76,24%
4	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2	UNID	25.523,40	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	DIGITALE	6.063,46	51.046,80	12.126,92	38.919,88	76,24%
5	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10	UNID	23.930,43	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFA-MENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRAÇO DA CADEIRA. DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY, BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM	ALLIAGE	6.000,00	239.304,30	60.000,00	179.304,30	74,93%

lun




					TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE, PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V.						
6	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	2	UNID	23.930,43	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFA-MENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRAÇO DA CADEIRA, DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY, BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE, PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V.	DENTEMED	8.500,00	47.860,86	17.000,00	30.860,86	64,48%
7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	50	UNID	318,00	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA). NÃO DEVE POSSUIR BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO ASSEPSIA. DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. ILUMINAÇÃO DE LED SEM EMISSÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, SEM DANIFICAR A PELÍCULA RADIOGRÁFICA.	ESSENSE	145,99	15.900,00	7.299,50	8.600,50	54,09%
8	DX INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50	UNID	709,67	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE EXTRA. APARELHO DESTINADO A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUZIDO COM LATÃO, ALUMÍNIO E	DX	219,98	35.483,50	10.999,00	24.484,50	0,00%

Handwritten signature



	LTDA EPP				COMPONENTES DE AÇO INOX. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSAS. COM ENCAIXE TIPO "PUSH BOTTON" E SPRAY TRIPLO. ROLAMENTO DE CERÂMICA. PRESSÃO MÍNIMA DO AR: 32 LBS. AUTOCLAVÁVEL A 135° E POR MAIS DE 1000 CICLOS. RUIDO MÁXIMO: 69 DECIBÉIS.						
9	DX INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20	UNID	864,03	MICROMOTOR DE MÃO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACOPLAMENTO TIPO "BORDEN". ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE UNIVERSAL E DE FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C.	DX	249,90	17.280,60	4.998,00	12.282,60	71,08%
10	DX INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20	UNID	750,67	PEÇA RETA DE MÃO ODONTOLÓGICA PARA PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA SER USADA COM MICROMOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL INTRA. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; ACOPLAMENTO TIPO "BORDEN"; MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO 1:1.	DX	224,95	15.013,40	4.499,00	10.514,40	70,03%
11	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	40	UNID	583,33	CONTRA ÂNGULO INDICADA PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES. POSSUI GIRO LIVRE DE 360°. SPRAY EXTERNO. USO COM MICROMOTOR PNEUMÁTICO. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM. ENCAIXE UNIVERSAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM.	DENTEMED	212,50	23.333,20	8.500,00	14.833,20	63,57%
12	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	12	UNID	5.736,67	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. PARA 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS) OU 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA). TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL	MOTOMIL	2.370,83	68.840,04	28.449,96	40.390,08	58,67%

Com



					LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS. NÍVEL DE RUIDO MÁXIMO DE 60DB. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 50/60 HZ.						
13	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS EIRELI	50	UNID	920,00	FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. À BATERIA DE LÍCIO (SEM FIO). UTILIZADO SEM FIO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMA DE 1250 MW/CM2. SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA. TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V~ (50/60HZ). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA. PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360°. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: MÍNIMO DE 14 CM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MODO DE USO: RAMPA - POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA	BLUESTAR	451,68	46.000,00	22.584,00	23.416,00	50,90%
14	PONTE & BRITO LTDA	2	UNID	2.094,00	LOCALIZADOR APICAL UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. DISPLAY COLORIDO E DIGITAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. CONTROLE DE SOM PROGRESSIVO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVE APRESENTAR E VIR COM BATERIA RECARREGÁVEL. ESCALA REGRESSIVA EM DÉCIMOS DE MILÍMETROS A PARTIR DE 2MM AQUÉM DA SAÍDA FORAMINAL. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 V. DEVE ACOMPANHAR UM APARELHO LOCALIZADOR APICAL, MAIS O CARREGADOR, COM 2 CLIPS E 2 GANCHOS. OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. DISPLAY DE LCD - CRISTAL LÍQUIDO: TELA DE NO MÍNIMO 4,5", COLORIDA E ALTO CONTRASTE.	SCHUSTER	1.650,00	4.188,00	3.300,00	888,00	21,20%
15	FRACASSADO	6	UNID	388,06	MINI MAÇARICO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL INDICADO PARA SOLDAS DE BAIXA FUSÃO E TRABALHOS DE ORTODONTIA. REALIZA PEQUENOS CONSERTOS EM PPR, METALOPLÁSTICA E BARRA PROTOCOLO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE		-	2.328,36	-	-	0,00%

Chm



					CHAMA E ACENDEADOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO, NO MÍNIMO, 1290° C.						
16	PONTE & BRITO LTDA	4	UNID	1.374,97	MÁQUINA DE SOLDA ORTODÔNTICA PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADA PARA PONTEAR E SOLDAR A PONTO FIOS TMA, BRAQUETES COM LÂMINAS, BRAQUETES COM TUBOS E OUTROS ACESSÓRIOS POR MEIO DE ELETRODOS DE COBRE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIAL E REVENIMENTO DE ARCO MATRIZ ENTRE OUTRAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E REVENIMENTO. SOLDAGEM ELETRÔNICA COM ANGULAGEM. ILUMINAÇÃO A LED NAS PONTAS. PAINEL DIGITAL. NÃO ESCURECE O PONTO DE SOLDA. POTÊNCIA MÍNIMA: 1.000W (PICO). VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT 110V/220V. ESPESSURA MÁXIMA PARA SOLDA PONTO: 0,2MM. FREQUÊNCIA CONTÍNUA: 1 PONTO/ SEGUNDO.	ESSENSE	622,50	5.499,88	2.490,00	3.009,88	54,73%
17	PONTE & BRITO LTDA	2	UNID	526,67	MICROONDAS NA COR BRANCA COM NO MÍNIMO 30 LITROS DE CAPACIDADE PARA USO PROTÉTICO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E CONFEÇÃO DE DENTADURAS - PRÓTESES TOTAIS, COM PAINEL DIGITAL. BIVOLT 110V/220V. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM AJUSTE DE POTÊNCIA E PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DIGITAIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W. COM LUZ INTERNA E PRATO GIRATÓRIO.	CONSUL	526,67	1.053,34	1.053,34	-	0,00%
18	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	50	UNID	893,33	MOCHO ODONTOLÓGICO NA COR VERDE CLARO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO. SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 515MM E MÁXIMA DE 705MM. BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS. PROTEÇÃO DO ENCOSTO ANATÔMICA E REFORÇADA.	DENTMIX	425,00	44.666,50	21.250,00	23.416,50	52,43%
19	PONTE & BRITO LTDA	4	UNID	820,67	MOTOR DE CHICOTE PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MOTOR DE CHICOTE 120W. BIVOLT 110/220 V. ROTAÇÃO DE 0 A 18.000 RPM. ACIONADO POR PEDAL ELETRÔNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM CHICOTE EMBORRACHADO, CANETA TIPO PINO E CHAVE. DEVE VIR ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA BANCADA.	SINGER	375,00	3.282,68	1.500,00	1.782,68	54,31%
20	PONTE & BRITO LTDA	2	UNID	1.196,33	MOTOR DE POLIMENTO E ACABAMENTO EM PRÓTESE DENTÁRIAS COM POTENCIÔMETRO POSSIBILITANDO A ESCOLHA DA ROTAÇÃO MAIS ADEQUADA, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DAS PORTEIRAS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE LIGADO, ENTRADAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. ACOMPANHA PONTEIRA PARA ESCOVA E PEDRA. POTÊNCIA MÍNIMA: 110 W. ROTAÇÕES: 0 A 15.000 RPM. CONSUMO MÉDIO: 130 WATTS. FREQUÊNCIA: ENTRE 50 E	OGP	820,00	2.392,66	1.640,00	752,66	31,46%

Carla

1978

					60 HZ. BIVOLT 110/220 V. AMPERAGEM: 1,00 A (110 V) E 0,50 A (220 V).						
21	TEC BRASIL EIRELI EPP	40	UNID	586,67	NEGATOSCÓPIO, TAMANHO ADEQUADO PARA VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS ODONTOLÓGICAS, INDICADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR ÍMÃ. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). DEVE ACOMPANHAR UM ÍMÃ PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS MAIS MANUAL, SUPORTE DE MESA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	ESSENSE	340,00	23.466,80	13.600,00	9.866,80	42,05%
22	PONTE & BRITO LTDA	2	UNID	1.429,67	PLASTIFICADORA A VÁCUO INDICADO PARA CÓPIAS DE MODELOS EM GESSO EM DIVERSOS TRABALHOS. COM ALAVANCA PARA ELEVAR E BAIXAR PORTA-PLACAS COM APENAS UMA MÃO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PORTA-PLACAS COM DISPOSITIVO QUE PERMITE UTILIZAR PLACAS QUADRADAS OU REDONDAS DE TODOS OS TIPOS. POSSUI DUAS OPÇÕES PARA MODELO, SENDO UMA PLANA E A OUTRA REBAIXADA PARA CÓPIAS APENAS DOS DENTES OU GENGIVA. RESISTÊNCIA DE CERÂMICA, PERMITINDO UMA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO CALOR. POSSUI CHAVE LIGA/DESLIGA COM LUZ PILOTO, PROPORCIONANDO AO OPERADOR O CONTROLE TOTAL DO FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA E VÁCUO. SUPORTE DE RESISTÊNCIA GIRATÓRIO. TENSÃO: BIVOLT 110V/220V. MOTOR: MÍNIMO DE 800 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.	ESSENSE	850,00	2.859,34	1.700,00	1.159,34	40,55%
23	PONTE & BRITO LTDA	4	UNID	1.925,00	PRENSA HIDRÁULICA DE BANCADA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM AÇO REFORÇADO COM CAPACIDADE PARA 2 MUFLAS. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORÇA MÁXIMA DE Prensagem: MÍNIMA DE 02 TONELADAS.	ESSENSE	1.430,00	7.700,00	5.720,00	1.980,00	25,71%
24	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	40	UNID	190,00	PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTE ADULTO. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DA TIREÓIDE NOS PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB).	UNEMOL	90,00	7.600,00	3.600,00	4.000,00	52,63%
25	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	40	UNID	191,67	PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTES INFANTIS. RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB).	KONEX	132,97	7.666,80	5.318,80	2.348,00	30,63%
26	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	50	UNID	312,67	SELADORA DE MESA INDICADA PARA SELAR E CORTAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA.	2I	228,91	15.633,50	11.445,50	4.188,00	26,79%

Handwritten signature

1275
5/11

					CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI/ELETRÓSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: MÍNIMO DE 30CM. LARGURA PARA SELAGEM: MÍNIMO DE 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.						
27	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	18	UNID	4.470,67	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. TENSÃO 90 A 250 (V). POTÊNCIA MÍNIMA: 30W. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FREQUENCIA 24 A 30 (KHZ). PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO, DE FÁCIL EMPUNHADURA, PERMITE PRECISÃO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL PARA COMPLETA REMOÇÃO DO CÁLCULO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE 30 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DEVE VIR COM DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C, O QUE ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO. TENSÃO DE ENTRADA 220V. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO TÉCNICA E FIXA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA. DEVE SER DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE.	ALLIAGE	1.308,88	80.472,06	23.559,84	56.912,22	70,72%
28	QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	2	UNID	4.470,67	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. TENSÃO 90 A 250 (V). POTÊNCIA MÍNIMA: 30W. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FREQUENCIA 24 A 30 (KHZ). PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE	ECEL	1.400,00	8.941,34	2.800,00	6.141,34	68,68%

Uma

1980

FORMATO ANATÔMICO, DE FÁCIL EMPUNHADURA, PERMITE PRECISÃO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL PARA COMPLETA REMOÇÃO DO CÁLCULO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE 30 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DEVE VIR COM DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C, O QUE ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO. TENSÃO DE ENTRADA 220V. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO TÉCNICA E FIXA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA. DEVE SER DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE.

Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1.196.288,10	396.848,76	797.110,98	66,76%

SUB-TOTAIS ----->

VLR NÃO ADQUIRIDO----->

2.328,36

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total ()



Gerardo Cristino Filho
Secretário Municipal da Saúde

