

### Mapa Comparativo

Processo:

Total Estimado da Licitação: R\$ 1.196.288,10

Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Médio	Valor Total
1 (Exclusiva)	10823780 AMALGAMADOR INDICADO PARA FORMAÇÃO DE AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO ATRAVÉS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS PARA O USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO <b>Complemento:</b> TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM A TAMPA ACRÍLICA PROTETORA FECHADA. EMITINDO SINAL DE ALERTA SONORO SE ESTIVER ABERTA PROTEGENDO OS OLHOS DO OPERADOR (A). BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V. DEVE PERMITIR NO APARELHO A SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. COM SISTEMA DE AMORTECEDORES. ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE. COM BASE DE APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. COM TEMPORIZADOR DIGITAL.	UNIDADE 1 UNIDADE	12,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b> <b>EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34	R\$ 1.802,00	R\$ 1.498,97	R\$ 17.987,64
				<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 1.569,90		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 1.125,00		

HS



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitario	Valor Medio	Valor Total - SMS
2 (Exclusão)	10823781 APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DE TALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICIAIS E INTERPRÓXIMAS. FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL). <b>Complemento:</b> O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUÍMICO. PELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM FREIO PARA TRAVAMENTO GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0,06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. MOVIMENTOS EM 360°. COLUNA MÓVEL. AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO	UNIDADE 1 UNIDADE 1	10,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34  PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87  MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$
3 (Ampla Disputa)	10824075 ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM. AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO	UNIDADE 1 UNIDADE 1	13,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34  PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87  MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$
4 (Cota Reservada)	10824075 ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	UNIDADE 1 UNIDADE 1	2,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34  PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87  MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$	R\$ R\$ R\$

Handwritten signature or initials.




Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Médio	Valor Total
5	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. <b>Complemento:</b> PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRAÇO DA CADEIRA. DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY, BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÓMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE, PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V.	UNIDADE 1 UNIDADE	10,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11 718 71850001-30	R\$ 22.231,30	R\$ 23.930,43	R\$ 239.304,30
5 Ampla Disputa	19823782			<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09 394 3550001-97	R\$ 25.000,00		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23 535.7270001-79	R\$ 24.560,00		

*Jfs*



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Máximo	Valor Total
6 (Cota Reservada)	10823782 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO. COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. <b>Complemento:</b> PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRACO DA CADEIRA. DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRACO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY. BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÓMICO. CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V. CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAÇÃO PARA ENTRADA DAS MÃOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL. <b>Complemento:</b> 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA). NÃO DEVE POSSUIR BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO ASSEPSIA. DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. ILUMINAÇÃO DE LED SEM EMISSÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS. SEM DANIFICAR A PELÍCULA RADIOGRÁFICA.	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 22.231,30	R\$ 23.930,43	R\$ 47.860,86
7 (Exclusiva)	10824076	UNIDADE 1 UNIDADE	50,00	PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 25.000,00	R\$ 318,00	R\$ 15.900,00
8 (Exclusiva)	10823783	UNIDADE 1 UNIDADE	50,00	MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 24.560,00	R\$ 709,67	R\$ 35.483,50
				ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 358,00		
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 300,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 296,00		
				ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 685,00		
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 790,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 654,00		

HS



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitario	Valor Medico	Valor Total
9 (Exclusiva)	10823784 MICROMOTOR DE MAO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATORIO DE PRÓTESE. <b>Complemento:</b> ACOPLAMENTO TIPO "BORDEN". ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE UNIVERSAL E DE FÁCIL MANUSTIO; PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135 C.	UNIDADE 1 UNIDADE	20,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34 <b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87 <b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 802,10 R\$ 900,00 R\$ 890,00	R\$ 864,03	R\$ 17.280,60
10 (Exclusiva)	10823785 PEÇA RETA DE MÃO ODONTOLÓGICA PARA PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATORIO DE PRÓTESE. <b>Complemento:</b> PARA SER USADA COM MICROMOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135 C; ACOPLAMENTO TIPO "BORDEN". MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA ATRAVES DE GIRO DE ANEL, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TRANSMISSÃO 1:1.	UNIDADE 1 UNIDADE	20,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34 <b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87 <b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 696,00 R\$ 800,00 R\$ 756,00	R\$ 750,67	R\$ 15.013,40
11 (Exclusiva)	10823786 CONTRA ÂNGULO, INDICADA PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES, POSSUI GIRO LIVRE DE 360°. SPRAY EXTERNO, USO COM MICROMOTOR PNEUMÁTICO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM, ENCAIXE UNIVERSAL. <b>Complemento:</b> A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM.	UNIDADE 1 UNIDADE	40,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34 <b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87 <b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 526,00 R\$ 675,00 R\$ 549,00	R\$ 583,33	R\$ 23.333,20

178



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Total
12 (Exclusiva)	10823787 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATE 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS) OU 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATE 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA), TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. <b>Complemento:</b> NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTI-OXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS PARA FUTURAS INSPEÇÕES. MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS. NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 60DB. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 50/60 HZ. FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. A BATERIA DE LÍTIO (SEM FIO). <b>Complemento:</b> LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. MÍNIMA DE 1250 MW/CM2. SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA. TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V~ (50/60HZ).	UNIDADE 1 UNIDADE	12,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 5.170,00	R\$ 5.736,67
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 5.800,00	R\$ 68.840,04
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 6.240,00	
13 (Exclusiva)	10823799 DESILGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA. PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360°. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: MÍNIMO DE 14 CM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MODO DE USO: RAMPA - POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA.	UNIDADE 1 UNIDADE	50,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 980,00	R\$ 46.000,00
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 970,00	
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 810,00	

*Handwritten signature or initials.*



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Medida	Valor Total
14 (Exclusiva)	10823788 LOCALIZADOR APICAL UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. DISPLAY COLORIDO E DIGITAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. CONTROLE DE SOM PROGRESSIVO <b>Complemento:</b> DEVE APRESENTAR E VIR COM BATERIA RECARREGÁVEL. ESCALA REGRESSIVA EM DÉCIMOS DE MILIMETROS A PARTIR DE 2MM AQUEM DA SAÍDA FORAMINAL ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 ? 240 V. DEVE ACOMPANHAR UM APARELHO LOCALIZADOR APICAL. MAIS O CARREGADOR COM 2 CLIPS E 2 GANCHOS. OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA. NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. DISPLAY DE LCD ? CRISTAL LÍQUIDO: TELA DE NO MÍNIMO 4.5", COLORIDA E ALTO CONTRASTE.	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 2.160,00	R\$ 2.094,00	R\$ 4.338,00
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 2.200,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 1.922,00		
15 (Exclusiva)	10823789 MINI MAÇARICO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL INDICADO PARA SOLDAS DE BAIXA FUSÃO E TRABALHOS DE ORTODONTIA. REALIZA PEQUENOS CONSERTOS EM PPR. METALOPLÁSTICA E BARRA PROTOCOLO. <b>Complemento:</b> POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTATIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEDOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO, NO MÍNIMO, 1290° C.	UNIDADE 1 UNIDADE	6,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 459,00	R\$ 388,06	R\$ 2.328,36
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 398,00		
				ODONTO ATUAL EVOLUÇÃO EM EQUIPAMENTOS	R\$ 307,17		
16 (Exclusiva)	10823790 MÁQUINA DE SOLDA ORTODÔNTICA PARA USO PROFISSIONAL. UTILIZADA PARA PONTEAR E SOLDAR A PONTO FIOS TMA, BRAQUETES COM LÂMINAS, BRAQUETES COM TUBOS E OUTROS ACESSÓRIOS POR MEIO DE ELETRODOS DE COBRE <b>Complemento:</b> ESPECIAL E REVENIMENTO DE ARCO MATRIZ ENTRE OUTRAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E REVENIMENTO. SOLDAGEM ELETRÔNICA COM ANGULAGEM. ILUMINAÇÃO A LED NAS PONTAS. PAINEL DIGITAL. NÃO ESCURECE O PONTO DE SOLDA. POTÊNCIA MÍNIMA: 1.000W (PICO). VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT 110V/220V. ESPESSURA MÁXIMA PARA SOLDA PONTO: 0,2MM. FREQUÊNCIA CONTÍNUA: 1 PONTO/ SEGUNDO.	UNIDADE 1 UNIDADE	4,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 1.165,00	R\$ 1.374,97	R\$ 5.499,88
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 1.500,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 1.459,90		


FFS



Cod	Item	Unidade	Qty	Proposta	Valor Unitario	Valor Medio	Valor Total
17 (Exclusiva)	10823791 MICROONDAS NA COR BRANCA COM NO MINIMO 30 LITROS DE CAPACIDADE PARA USO PROTETICO EM LABORATORIO DE PRÓTESE E CONFEÇÃO DE DENTADURAS - PROTESES TOTAIS COM PAINEL DIGITAL. BIVOLT 110V/220V. <b>Complemento:</b> COM AJUSTE DE POTÊNCIA E PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DIGITAIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W. COM LUZ INTERNA E PRATO GIRATÓRIO.	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34	R\$ 490,00		R\$ 526,67 R\$ 1.053,34
18 (Exclusiva)	10823792 MOCHO ODONTOLÓGICO NA COR VERDE CLARO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO <b>Complemento:</b> POR ALAVANCA INDEPENDENTE QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO. SISTEMA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 515MM E MÁXIMA DE 705MM. BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS. PROTEÇÃO DO ENCOSTO ANATÔMICA E REFORÇADA.	UNIDADE 1 UNIDADE	50,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34	R\$ 210,00	R\$ 893,33	R\$ 44.666,50
19 (Exclusiva)	10824077 MOTOR DE CHICOTE PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MOTOR DE CHICOTE 120W. BIVOLT 110/220 V. ROTAÇÃO DE 0 A 18.000 RPM. ACIONADO POR PEDAL ELETRÔNICO <b>Complemento:</b> COM CHICOTE EMBORRACHADO, CANETA TIPO PINO E CHAVE. DEVE VIR ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA BANCADA.	UNIDADE 1 UNIDADE	4,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34	R\$ 789,00		R\$ 820,67 R\$ 3.282,68
20 (Exclusiva)	10823793 MOTOR DE POLIMENTO E ACABAMENTO EM PRÓTESE DENTÁRIAS COM POTENCIÔMETRO POSSIBILITANDO A ESCOLHA DA ROTAÇÃO MAIS ADEQUADA, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DAS PORTEIRAS. <b>Complemento:</b> : LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE LIGADO. ENTRADAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. ACOMPANHA PONTEIRA PARA ESCOVA E PEDRA. POTÊNCIA MÍNIMA: 110 W. ROTAÇÕES: 0 A 15.000 RPM. CONSUMO MÉDIO: 130 WATTS. FREQUÊNCIA: ENTRE 50 E 60 HZ. BIVOLT 110/220 V. AMPERAGEM: 1,00 A (110 V) E 0,50 A (220 V).	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	<b>ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME</b> 11.718.718/0001-34	R\$ 989,00	R\$ 1.196,33	R\$ 2.392,66
				<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 580,00		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 510,00		
				<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 900,00		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 970,00		
				<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 850,00		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 823,00		
				<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 1.500,00		
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 1.100,00		

HS





Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Med	Valor Total
21 (Exclusiva)	10823794 NEGATOSCÓPIO, TAMANHO ADEQUADO PARA VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED. <b>Complemento:</b> COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO: PAREDE, MESA OU INCLINADO). ALIMENTAÇÃO: 127/229 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). DEVE ACOMPANHAR UM IMÃ PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS MAIS MANUAL. SUPORTE DE MESA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	UNIDADE 1 UNIDADE	40,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 550,00	R\$ 586,67	R\$ 23.466,80
22 (Exclusiva)	10823795 PLASTIFICADORA A VÁCUO INDICADO PARA CÓPIAS DE MODELOS EM GESSO EM DIVERSOS TRABALHOS. COM ALAVANCA PARA ELEVAR E BAIXAR PORTA-PLACAS COM APENAS UMA MÃO. <b>Complemento:</b> PORTA-PLACAS COM DISPOSITIVO QUE PERMITE UTILIZAR PLACAS QUADRADAS OU REDONDAS DE TODOS OS TIPOS. POSSUI DUAS OPÇÕES PARA MODELO, SENDO UMA PLANA E A OUTRA REBAIXADA PARA CÓPIAS APENAS DOS DENTES OU GENGIVA. RESISTÊNCIA DE CERÂMICA. PERMITINDO UMA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO CALOR. POSSUI CHAVE LIGA/DESLIGA COM LUZ PILOTO. PROPORCIONANDO AO OPERADOR O CONTROLE TOTAL DO FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA E VÁCUO. SUPORTE DE RESISTÊNCIA GIRATÓRIO. TENSÃO: BIVOLT 110V/220V. MOTOR: MÍNIMO DE 800 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 1.333,00	R\$ 1.429,67	R\$ 2.859,34
23 (Exclusiva)	10823796 PRENSA HIDRÁULICA DE BANCADA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM AÇO REFORÇADO COM CAPACIDADE PARA 2 MUFLAS. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. <b>Complemento:</b> FORÇA MÁXIMA DE Prensagem: MÍNIMA DE 02 TONELADAS.	UNIDADE 1 UNIDADE	4,00	PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 1.795,00	R\$ 1.925,00	R\$ 7.700,00
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 620,00		
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 590,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 1.456,00		
				ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 1.795,00		
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 2.000,00		
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 1.980,00		

178



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Total
24 (Exclusiva)	10824078 PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTE ADULTO. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DA TIREÓIDE NOS PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNIDADE	1 40,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 175,00	R\$ 190,00
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 200,00	
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 195,00	
25 (Exclusiva)	10824079 PROTETOR DE TIREOIDE PARA PACIENTES INFANTIS. RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNIDADE	1 40,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 180,00	R\$ 191,67
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 200,00	
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 195,00	
26 (Exclusiva)	10823797 SELADORA DE MESA INDICADA PARA SELAR E CORTAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. <b>Complemento:</b> SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: MÍNIMO DE 30CM. LARGURA PARA SELAGEM: MÍNIMO DE 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.	UNIDADE	1 50,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.718.718/0001-34	R\$ 352,00	R\$ 312,67
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 310,00	
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 276,00	

*Handwritten signature or initials.*



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Total
10824080	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. TENSÃO 90 A 250 (V). POTÊNCIA MÍNIMA: 30W</p> <p><b>Complemento:</b> FREQUENCIA 24 A 30 (KHZ). PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO. DE FÁCIL EMPUNHADURA. PERMITE PRECISÃO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL PARA COMPLETA REMOÇÃO DO CÁLCULO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA. QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO. GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE 30 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DEVE VIR COM DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C, O QUE ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO. TENSÃO DE ENTRADA 220V. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO TÉCNICA E FIXA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA. DEVE SER DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE.</p>	UNIDADE 1	18,00			
		UNIDADE		<b>PONTE E BRITO LTDA</b> 09.394.355/0001-87	R\$ 4.500,00	R\$ 80.472,06
				<b>MIGUEL FROTA VINAS</b> 23.535.727/0001-79	R\$ 4.680,00	

27  
(Ampla  
Disputa)

*Handwritten signature*



Cod	Item	Unidade	Qtd	Proposta	Valor Unitário	Valor Total
28 (Cota Reservada)	10824080	UNIDADE 1 UNIDADE	2,00	ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME 11.716.718/0001-34	R\$ 4.232,00	R\$ 8.464,00
				PONTE E BRITO LTDA 09.394.355/0001-87	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
				MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79	R\$ 4.680,00	R\$ 9.360,00

*HS*

Sobral, 31 / junho de 2019

*T. Serafim*

TARCIANA FERREIRA SERAFIM  
(COORDENADORA DA CÉLULA DE ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA)  
CPF: 026.048.074-67