

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021 - SMS**  
**PROCESSO: P163226/2021**  
**ADENDO Nº 01**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeado através do Ato 031/2021 - SEPLAG, torna público, para conhecimento dos interessados, que pelo presente ADENDO 01 ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 126/2021 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos odontológicos I que serão destinados ao uso do serviço de odontologia da Secretaria Municipal da Saúde, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

**No Edital:**

**Onde se lê:**

**6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME**

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/09/2021, ÀS 08:00h

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/09/2021, ÀS 08:00h

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/09/2021, ÀS 09h30min

(...)

**Leia-se:**

**6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME**

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/09/2021, ÀS 08:00 h

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/09/2021, ÀS 08:00 h

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/09/2021, ÀS 09h30min

(...)

**No Anexo I do edital - Termo de Referência:**

**Onde se lê:**

**4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
4	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DEVE APRESENTAR NO MINIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMAVÉIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	UNIDADE	13



5	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	UNIDADE	2
---	---	---------	---

**Leia-se:**

#### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
4	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO, SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DESTAS QUANDO A ÁGUA ATINGIR O NÍVEL MÍNIMO DETERMINADO OU FALTA DA ÁGUA. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	UNIDADE	13
5	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO, SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DESTAS QUANDO A ÁGUA ATINGIR O NÍVEL MÍNIMO DETERMINADO OU FALTA DA ÁGUA. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	UNIDADE	2

Sobral - CE, 16 de setembro de 2021.

  
 Evandro de Sales Souza  
**Pregoeiro**  
 Central de Licitações