



SHOPPING  
**PRO SAÚDE**

EMANUELA  
CACILDA DE  
AQUINO  
RUFINO: 772765403  
59

Assinado de forma  
digital por EMANUELA  
CACILDA DE AQUINO  
RUFINO: 77276540359  
Data: 2021.12.14  
14:25:06 -03'00'

Proposta 103130

**PROPOSTA ADEQUADA**

Pregão: 184/2021-SMS

Dt Abert: 14/12/2021

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 14/12/2021

HORA: 09:00

**Cliente:** 57057-PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** PM DE SOBRAL - CADASTRAR 25/11/BB N° 906553-PARTICIPAR  
**Endereço:** RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO  
CEP: 62011-060 - SOBRAL/CE

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MATERNIDADE DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PONTE, INTERVENÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE RECURSO N° 11407.563000/1200-04 E PORTARIA N° 3.682, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
02	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHOAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESEJEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO NA ANVISA	OLIDEF CZ	2	UND	39.166,65000	78.333,30
	Registro Anvisa: 10227180031					
03	BERÇO AQUECIDO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO NA ANVISA.	OLIDEF CZ	3	UND	15.299,66000	45.898,98

49



602  
4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
06	<p>Registro Anvisa: 10227180023</p> <p>APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEONATOLOGIA). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFIGURAÇÃO COM PEDESTAL E BRAÇO ARTICULÁVEL QUE SUSTENTA O CABEÇOTE PARA USO EM INCUBADORAS, BERÇOS AQUECIDOS E BERÇOS COMUNS; FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA EFICAZ E DIMENSÕES REDUZIDAS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO, CINCO SUPER LEDS COM AVANÇADA TECNOLOGIA DE FONTE DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 460 NM, ELIMINANDO, COMPROVADAMENTE, A NECESSIDADE DOS FILTROS, COM ATENUAÇÃO DOS RAIOS INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA. ALTA IRRADIAÇÃO, TANTO NO CENTRO QUANTO NAS EXTREMIDADES DA ÁREA FOCADA; VIDA MÉDIA ESTIMADA DO MÓDULO FONTE: 20.000 HORAS; - O MÓDULO FONTE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E TROCA; INTENSIDADE MÉDIA NO CENTRO DO FOCO LUMINOSO A 30CM DE DISTÂNCIA: 35-40W/CM2.NM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOCO LUMINOSO: 40X30CM; ELEVÇÃO DA TEMPERATURA NO CORPO: &lt; 1,5°C (AMBIENTE A 25°C); RUIDO: &lt; 50DBA; CAIXA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, CONTÉM DISPLAY ALFANUMÉRICO COM BACK LIGHT. TECLADO EM MEMBRANA E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA FÁCIL ACESSO A DIVERSAS FUNÇÕES; SEUS MODERNOS CONTROLES PERMITEM O AJUSTE DA IRRADIÂNCIA PROPORCIONAL EMITIDA DE 0 A 100%, CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA O PACIENTE, COM AJUSTE A CADA 10%. PODE-SE, TAMBÉM, VERIFICAR O TEMPO DE TRATAMENTO, AJUSTAR ADATA E ESCOLHER O IDIOMA; - TOTALIZADOR DE HORAS PARA A FONTE EMISSORA. RELÓGIO CALENDÁRIO; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DO MÓDULO FONTE; MEMORIZAÇÃO DAS IRRADIAÇÕES MEDIDAS MANUAL OU AUTOMATICAMENTE (A CADA HORA) PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO; SAÍDA RS232 PARA IMPRESSORA OU COMPUTADOR; HASTE COM RODÍZIOS CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICO, POSSUI DOIS RODÍZIOS DE 2" COM FREIO E UM RODÍZIO DE 2" SEM FREIO. POR SUAS DIMENSÕES REDUZIDAS, OFERECE FÁCIL ACESSO E POSSIBILITA MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO DE 240° EM TORNO DO EIXO, INCLINAÇÃO VARIÁVEL E AJUSTE DE ALTURA. POSSIBILITA TRABALHAR COM SISTEMA COMBINADO DE FOTOTERAPIA DUPLA; PERMITE A INCORPORAÇÃO DE SENSOR PARA MEDIR A IRRADIÂNCIA ATRAVÉS DE TOMADA INCORPORADA; MENOR CONSUMO DE ENERGIA ENTRE OS APARELHOS DE FOTOTERAPIA EXISTENTES: 40 W. CHAVE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220/240 VAC. CABO DE ALIMENTAÇÃO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONFIGURAÇÃO COM HASTE MÓVEL E BASE SOBRE RODÍZIOS. ALTURA MÁXIMA DE 150,0CM E MÍNIMA DE 105,0CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE (LXP): 55,0 X 67,0CM. EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR: SONDA DE EXTENSÃO, DOTADA DE CABEÇA COM SENSOR ÓPTICO, UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DA IRRADIÂNCIA EMITIDA PELA FOTOTERAPIA. REGISTRO NA ANVISA. Registro Anvisa: 10227180036</p>	OLIDEF CF	3	UND	6.763,00000	20.289,00

**EMANUELA**  
**CACILDA DE**  
**AQUINO**  
**RUFINO:7727 9**  
**6540359**

Assinado de forma digital por EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO:7727654035  
Dados: 2021.12.14 14:25:22 -03'00'

*P*



SHOPPING  
**PRO SAÚDE**

603  
G

**Total Global:**

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

**R\$ Global**

144.521,28

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 184/2021-SMS e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Declaramos que estamos classificada como Empresa de Pequeno Porte - EPP perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-nos ainda a informar caso deixemos de ser enquadrada nesta condição, nos termos da lei.

\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil AG 1369-2 CC 30004-7 / \*Bradesco AG 0741 CC 62350-4  
Inscrição Municipal 466006-4 / Inscrição Estadual 06.638976-3  
Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181-A - BARROSO-FORTALEZA/CEARA

EMANUELA CACILDA  
DE AQUINO  
RUFINO:77276540359

Assinado de forma digital por  
EMANUELA CACILDA DE  
AQUINO RUFINO:77276540359  
Dados: 2021.12.14 14:25:38  
-03'00"

**Validade da Proposta:** 90 (NOVENTA) DIAS  
**Prazo de Entrega:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**Condição de Pagamento** 30 (TRINTA) DIAS

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - PF  
CPF: 772.765.403-59

R